

Кресло гинекологическое-урологическое
КГУ-05.02 «Горское»
ПАСПОРТ

ТУ 9452-001-9157838-2011

Зав. № _____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.02 «Горское» предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

2.1. КГУ –05.02 «Горское» состоит из кресла, навесных приспособлений.

2.2. Кресло состоит из основания (краб), на который крепится стойка .

Тип рамы- сталь с эпоксидно-порошковым покрытием.

2.3. Мягкие элементы кресла (спинка, сиденье) крепятся через раму на стойку.

Подвижная спинка, сидение, имеют мягкий верх с невозгораемым покрытием и устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовому облучению, исполненный по бесшовной технологии.

2.4. Регулировка угла наклона спинки и сидения – при помощи газовых пружин.

2.5 .На основании кресла с двух сторон крепятся:

- подколенные упоры с креплением по Геппелю, изготовлены из интегрированного пенополиуретана.

- опорные ручки для пациента широкозахватные, полиуретановые

2.6. Кресло укомплектовано:

-подъемным сидением;

- выдвижным поворотным судном из нержавеющей стали Ф 340 мм;

- выдвижной подставкой для ног с регулируемыми колесными опорами;

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Масса кресла - не более 55кг.

3.2. Габаритные размеры кресла, в положении «стол» мм:

- длина 1570 (±20) мм

-ширина по фиксаторам-660x710(±10) мм;

- ширина сиденья и спинки кресла -550(±10) мм;

- высота ложа – 900(±10) мм;

3.3 Размеры кресла в положении «стол», с подколенными упорами и ступенью в рабочем положении, мм:

- длина 1570 (±20) мм

-ширина -6710 (±10) мм;

3.4. Спинка кресла имеет угол наклона от 10° до 104°(±5°) относительно вертикали.

3.5. Сидение кресла имеет угол наклона от 0° до 20°(±5°) относительно горизонтали

3.6. Кресло выставляется в Положение Тренделенбург - 14°

3.7. Кресло выдерживает равномерно-распределенную нагрузку до 180 кг;

3.8. Кресло транспортируется в разобранном виде, размеры гофрокороба 1050 x670x 590 мм.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий ТУ 9452-001-9157838-2011

4.2. Гарантия изготовителя на оборудования, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности составляет 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

Дата выпуска

Дата продажи

Печать организации, продавшей изделие

**Кресло гинекологическое-урологическое
КГУ-05.02-«Горское»**

ПАСПОРТ



ООО «Горское»
142400 г. Ногинск, ул. 200 лет города, д.2
тел./факс (495) 223-26-52